

Wrocław, dnia 24.09.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowanie nr **SAULE-PBSE-2/08/2018** na zakup, dostawę i uruchomienie analizatora wielkości cząstek z analizatorem potencjału zeta.

Zamawiający informuje, że w dniu **12.09.2018 r.** do ww. postępowania wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający uzna za spełniającą specyfikację ofertę na dostawę urządzenia posiadającego nowoczesny laser półprzewodnikowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający uzna za spełniającą specyfikację ofertę na aparat mierzący potencjał zeta w oparciu o technikę ELS/LDV (Electrophoretic Light Scattering/Laser Doppler Velosimetry)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3. Zamawiający pisze, że aparat ma posiadać cechę „aparat rozbudowany o autosampler na min. 90 pozycji”. Proszę o uściślenie, czy oferowany aparat ma być wyposażony w autosampler?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami technicznymi, urządzenie ma być wyposażone w autosampler na min. 90 pozycji.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający życzy sobie dostawy aparatu posiadającego możliwość rozbudowy do pomiaru płaskich powierzchni i wymiarach do n.p. 4x 7 mm, czy też raczej o wymiarach większych n.p. do 10x30 mm i w dodatku z możliwością pomiaru w przepływie przy stałym lub zmiennym pH.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z wymaganiami technicznymi wymaga: „Możliwość rozbudowy analizatora o przystawkę do pomiaru potencjału zeta płaskich powierzchni” i nie definiuje wymagań minimalnych odnośnie wielkości powierzchni płaskiej.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający uzna za spełniającą specyfikację ofertę na aparat posiadający źródło światła o długości 660 nm (zamiast wymienionych 633 nm)?


Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający życzy sobie dostawy aparatu posiadającego zakres pomiarowy cząstek dla średnic od co najmniej 0,1 nm do 12,3 um (zamiast zwykłego zakresu 0,3nm, do 10 um)?

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami technicznymi, Zamawiający wymaga zakresu pomiarowego w zakresie min. od 0,3 nm do 10 um.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż **wydłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu. Oferty wstępne należy złożyć **02.10.2018 r.** do godziny **10:00**. Miejsce i sposób złożenia ofert pozostaje bez zmian. Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich potencjalnych wykonawców. Prosimy uwzględnić je w sporządzanej ofercie.

W imieniu Zamawiającego



Maciej Biernacki